

点検業務仕様書

件名	検査機器等点検業務
規格・型式等	別紙参照
メーカー	別紙参照
数量	別紙参照
付随作業	別紙参照
オンライン接続 (他の医療機器またはシステムとの電子的なデータ連携)	なし
履行場所	堺市立総合医療センター（2階 臨床検査技術科）
期限	令和4年3月31日（木）

募集期間	(自)	令和4年2月2日（水）	正午
	(至)	令和4年2月14日（月）	正午
提出先	koubo@sakai-hospital.jp		
担当者	地方独立行政法人堺市立病院機構 法人本部 事務局 総務室 増井		

※ 上記物件への公募型見積合せに参加する者は、堺市立病院機構ホームページ掲載資料

[「堺市立病院機構における公募型見積合せについて」](#)を参照すること。

仕 様 書

- 1 業 務 名 検査機器等点検業務
- 2 履行場所 堺市立総合医療センター 2階 臨床検査技術科
- 3 履行期限 令和4年3月31日
- 4 対象機種
 - ① 和光純薬株式会社
エンドトキシン測定装置トキシノメーター MT-6500 1台
 - ② アークレイ株式会社
オズモステーション OM-6060 1台
 - ③ 日本ベクトン・ディキンソン
血液培養自動分析装置 BD バクテック FX 1台
 - ④ 株式会社ダルトン
切出用ドラフトチャンバ 2台
 - ⑤ メルクミリポア
純粋装置 Elix 5UV 1台
純粋装置 Synergy UV HIGH FLOW 1台
 - ⑥ 久保田商事株式会社
非冷却遠心機 10台
小型/中型冷却遠心機 1台
 - ⑦ エッペンドルフ
ピペットシングル 23件
ピペットマルチ8ch 電動 2件
 - ⑧ パナソニック株式会社
薬用保冷庫 MDF-U339 1台
薬用保冷庫 MDR-S313-PJ 1台
ディープフリーザーMDF-U400VX 1台

⑨ 株式会社常光

全自動赤血球沈降速度測定装置 Smart Rate 40 1台

5 業務内容

- ・ 履行期限までに定期点検を実施すること。
- ・ 点検項目は、機器製造メーカーの定める定期点検整備項目に従って実施すること。

6 その他

- ・ 関係法令等を遵守すること。
- ・ 点検のほか緊急に修理を要する場合は、速やかに報告し見積書を提示のうえ、指示を仰ぐこと。
- ・ 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、その都度決定する。