

仕 様 書

1. 品名

麻酔システム

2. 規格（製造・販売）及び数量

品名	規格	数量
○GE ヘルスケア・ジャパン株式会社		
エイシス CS2 Pro EtC 麻酔器一式 (ACGO 有)		1
アラジン 2 カセット SEVO イージーフィル		1
アラジン 2 カセット DES		1
ハイトレル患者回路 (成人用) 0.9m		1
ABS バッグアームコネクタ		1
キャスターガード		1
ケーブルマネージメントアーム (フィールドインスタ)		1
エイシス用フローセンサーモジュール		1
ABS Flow センサー ストロングライフ		1
EZ チェンジ/コンデンサーアップグレードキット		1
フォールディングサイドテーブル		1
シングル上部モジュールカバー		1
エイシス CS2 3 モードサクシオンアップグレード		1
排気ライン (18cm)		1
CAL ガスボンベ用減圧弁		1
校正用ガス		1
ガスサンプリングライン、PVC/PE、3m、10 本入		1
D-fend Pro ウォータートラップ		1
エイシス CS2B650/450 縦型マウント Field		1
VHM アーム キーボード/マウス壁マウント		1
CPU 壁マウント 7.6~11.4cm		1
ケーブルアーム 12×12		1
E-sCAiOVE モジュール ISO 準拠		1
シリコンホース (1.0m)		1
O2 耐圧ホース (8M-川重)		1
N2O 耐圧ホース (8M-川重)		1
Air 耐圧ホース (8M-川重)		1
余剰ガスホース (8M-川重)		1

サクシヨンホース麻酔器側オープン (8M-川重)		1
サクシヨンホース (8M-川重)		
○フィリップス/ジャパン株式会社		
Intellivue MX750 生体情報モニタ	866471	1
・本体 (8chモデル) 19 インチワイド液晶タッチスクリーン		
・重症領域用ソフトウェア		
FMX4 スロットモジュールサーバ	866468	1
IntelliVue 接続ケーブル	M8022A	1
Intellivue X3 MMS(心電図/呼吸、非観血血圧、SP02)	867030	1
・本体 4chモデル6.1 インチワイド液晶スクリーン		
・ネコア OxiMax アルゴリズムモデル		
ヘモダイナミック拡張モジュール	867039	1
IntelliVue NMT モジュール	865383	1
IntelliBridge EC10 外部機器接続モジュール	865115	1
IntelliBridge EC5 ID モジュール	865114	1
・GE 麻酔器 Aisys CS2 用		
・ID モジュール接続ケーブル 3m		

3. 納品場所

堺市立総合医療センター 3階 手術センター

4. 納品期限

令和7年3月31日

5. その他

- ・納品期限を順守するとともに、納品にあたり疑義が生じた場合には発注者に速やかに連絡すること。
- ・取り付けにかかる費用等は受注者の負担とすること。
- ・受注者は発注者の指示に従い、納品・設置・動作確認等を行うこと。
- ・受注者は納品した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- ・関係職員に対して研修を行い、研修記録をG階修理受付センターへ提出すること。