

# 仕 様 書

- 1 業務名 バイオハザード対策用クラスⅡ安全キャビネット点検業務
- 2 履行場所 堺市立総合医療センター 1階感染外来  
2階検体検査室・細菌検査室・病理検査室
- 3 履行期限 令和7年3月31日
- 4 対象機種 株式会社日本医化器械  
① VH-1300BH-2AB3 1台 (1階 感染外来)  
② VH-1300BH-2A2 1台 (2階 検体検査室)  
パナソニック株式会社  
③ MHE-S1300A2-PJ 2台 (2階 細菌検査室)  
④ MHE-91AB3-PJ 1台 (2階 病理検査室)  
日本エアテック株式会社  
⑤ BHC-T700ⅡA1 1台 (1階 感染外来)  
株式会社ユヤマ  
⑥ YS-B-A110ⅡA2N 1台 (2階 検体検査室)
- 5 業務内容 ・①②③⑤⑥ . . . . 機能検査 (ホルマリン燻蒸含む)  
(PAO・風速・塵埃・気流、報告書)  
・④ . . . . 機能検査 (ホルマリン燻蒸含む)  
(PAO・風速・塵埃・気流、報告書)、  
HEPAフィルター交換
- 6 その他
  - ・ 正規メーカーの点検を必須とする。
  - ・ 関係法令等を遵守すること。
  - ・ 点検中に新たな部品交換等の修繕が発生する場合は、速やかに報告し見積書を提示すること。
  - ・ 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、その都度決定する。