

仕 様 書

- 1 業 務 名 生化学自動分析装置保守点検業務
- 2 履行場所 堺市立総合医療センター (臨床検査技術科)
- 3 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 4 対象機種 ベックマン・コールター株式会社製
生化学自動分析装置
AU5820 ISE 1式
AU5810 ISE 1式 合計2式
- 5 業務内容
〔保守契約タイプ：Type I〕
 - ・ 定期点検 (2回/年) の実施
※定期交換部品 (ただし、電極ならびに試薬は除く)、技術料、派遣料、
シリンジパックを含む
 - ・ 修理発生時のオンコール対応
 - ・ 引き取り修理発生時の同種同等代替器対応
 - ・ 修理受付時間：24時間365日
 - ・ 修理対応時間：平日9時00分から17時30分まで
- 6 その他
 - ・ 関係法令等を遵守すること。
 - ・ この仕様書に定めなき事項については、委託契約書に従うものとする。