

仕 様 書

- 1 業 務 名 生理機能検査機器等点検業務
- 2 履行場所 堺市立総合医療センター 2階 生理機能検査室
- 3 履行期間 令和6年9月1日から令和7年3月31日
- 4 対象機種
 - ① フクダ電子社製
負荷心電図処理装置 1式
(内訳)
MLX-1000
tanningoM2
MAT-7000
 - ② チェスト社製
肺機能検査システム 1式
(内訳)
CHESTAC-8900αBDN(S/N:1500106)
MostGraph-02(S/N:MG220394)
DISCOM-21FXIII(S/N:193485)
CDBS
 - ③ 大塚電子社製 1式
呼気中13CO2分析装置 POC-ONE Plus
 - ④ フクダ電子社製 3式
ホルタ記録器 FM-960
 - ⑤ 日本光電工業社製 1式
筋電計 ニューロパック MEB-2306
 - ⑥ 日本光電工業社製 1式
筋電計 ニューロパック S1 MEB-9404
 - ⑦ フクダ電子社製
心電計 4式
・FCP-8800 3式
・FCP-7541 1式
 - ⑧ GEヘルスケア・ジャパン社製
超音波診断装置 VIVID E9 1式
 - ⑨ GEヘルスケア・ジャパン社製
超音波診断装置 3式

・ LOGIQ S8 RM0494	1式
・ LOGIQ S8 RM0493	1式
・ LOGIQ S8 LGQ002838	1式
⑩ 富士フィルムヘルスケア社製 超音波診断装置 ARIETTA850	1式

5 業務内容

- ・ 履行期限までに定期点検を実施すること。
- ・ 点検項目は、機器製造メーカーの定める定期点検整備項目に従って実施すること。

6 その他

- ・ 関係法令等を遵守すること。
- ・ 点検のほか緊急に修理を要する場合は、速やかに報告し見積書を提示のうえ、指示を仰ぐこと。
- ・ 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、その都度決定する。